

Jasienica Rosielna, 25 stycznia 2013 r.

GG.271.4.2013

Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240

**Oferenci biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Zakup i montaż wyposażenia dla rozbudowanego budynku administracyjnego
w ramach projektu pn: „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez
rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013**

W dniu 25 stycznia 2013 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Pytanie 11

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza w ramach punkt 27

Bieżnia elektryczna;

Opis techniczny:

- Gwarancja 5 lat
- bieżnia elektryczna
- moc 2,0 HP (maksymalna 4,0 HP)
- prędkość 1 - 16km/h
- elektronicznie regulowanie nachylenie 0 - 16%
- klucz bezpieczeństwa
- komputer z wyświetlaczem monitorujący czas, odległość, kalorie, tętno, prędkość i nachylenie
- 15 programów
- czujniki rytmu serca w uchwytach
- przyciski szybkiego wyboru w uchwytach.
- głośniki oraz gniazdo wejściowe do podłączenia MP3
- powierzchnia bieżni 130 x 45 cm
- amortyzowana powierzchnia
- kółka do łatwego transportu
- możliwość złożenia do pionowej pozycji w celu zaoszczędzenia miejsca
- kategoria HC (według normy EN957)
- wymiar podstawy 163 x 71 x 125 cm
- pobór mocy 230V - 1725 W

- waga 73 kg
- maksymalne obciążenie 120 kg
- maksymalna wysokość sportowca bez ograniczeń

Odp. na pytanie 11

Zamawiający dopuści taką bieżnię z uwagi na fakt iż posiada na lepsze parametry niż opisane w specyfikacji.

Ponadto w/w przedmiot zostanie dopuszczony jeżeli nieznacznie będzie się różnił wagowo oraz wymiarowo od opisanego w SIWZ.

Pytanie 12

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 105cm?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 214cm?

Odp. na pytanie 12 (1,2)

Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach różniących się do 10 cm od wymiarów całkowitych podanych w SIWZ pod warunkiem, iż wymiary materaca będą takie same jak opisane w SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym transformator znajduje się w skrzynce sterującej mocowanej do siłownika pod ramą łóżka. Szczelność skrzynki i zabezpieczenia w skrzynce spełniają wymagania bezpieczeństwa elektrycznego dla łóżek szpitalnych zgodnie z normą PN-EN 60601-1 w klasie II

Odp. na pytanie 13

Nie. Łóżko musi zostać dostarczone zgodnie z opisem z SIWZ tzn. transformator musi mieścić się we wtyczce sieciowej.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Marek Ćwiakała